



Приглашение №11

КГП на ПХВ «Жанакорганская многопрофильная центральная районная больница» приглашает Вас принять участие в государственных закупках Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом закупа запроса ценовых предложении в соответствии с главой 9 постановления Правительства Республики Казахстан «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 04 июня 2021 года №375.Закупаемы товары приложение №1.

В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовых предложение глава 9 настоящих правил по адресу Кызылординская область, пос Жанакорган, ул Абдолла Алтый Сулеймен №1А 3 этаж, каб №328 до 11.00 часов 22.05.2023г.

Главный врач



Усейнов С.А

Приложение №1

Техническая спецификация

№	Наименования	Характеристика
1	Цена и кол/во	159 960 тенге, 3шт, общий сумма 479 880 тенге
2	Торговое название	Баллон для остановки маточного кровотечения стерильный одноразового применения
3	Область применения	Акушерство и гинекология
4	Назначение	Остановка или уменьшение послеродового кровотечения
5	Комплектация	- Пластиковый одноразовый шприц 60 мл с – 2шт; - Баллон, 50 мл – 1шт; - Удлинительная трубка, 55 см – 1шт; - Двусторонний и трехсторонний запорный кран с односторонним клапаном – 1шт.
6	Описание	Каждый баллонный катетер должен иметь индивидуальную упаковку, остальные комплектующие индивидуальную упаковку не имеют. Изделия во вторичной упаковке укладываются в полиэтиленовый пакет с двумя прозрачными сторонами. Наполнитель баллонов должен иметь хорошие скользящие характеристики и должен свободно скользить во время процесса сдвигания и раздвигания без признаков торможения. Баллон должен быть изготовлен из силиконового каучука. Метод стерилизации — оксидом этилена. Максимальный объем наполнения баллона для остановки маточного кровотечения должен составлять 500 мл.
7	Разрешительные документы	Лицензия на фармацевтическую деятельность и производство медицинских изделий, а также сертификат ISO 13485 обязательны.

Главный врач



Усейнов С.А