



Приглашение №7

КГП на ПХВ «Жанакорганская многопрофильная центральная районная больница» приглашает Вас принять участие в государственных закупках Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом закупки запроса ценовых предложении в соответствии с главой 9 постановления Правительства Республики Казахстан «Правила организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 04 июня 2021 года №375. Закупаемые товары приложение №1.

В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовых предложение глава 9 настоящих правил по адресу Кызылординская область, пос Жанакорган, ул Абдолла Алтый Сулеймен №1А 3 этаж, каб №328 до 10.00 часов 17.04.2023г.

Главный врач



Усейнов С.А

Приложение №1

№ лота	Наименование	Описание	ед. изм.	цена за ед. в тг.	кол-во	сумма в тг.
1	Датчик потока детский/взрослый для одноразовый для закрытой системы аппарата ИВЛ Bellavista	Датчик потока для детей и взрослых предназначен для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista iFlow 40S. Рабочая температура: 5 – 40 °С; Температура хранения: -15 – 50 °С; Диаметр разъемов: от аппарата – 22М/15F мм, от пациента – 15М. Диапазон измерения: 0 – 180 л/мин. Мертвая зона: 10,3 мл. Материал: пластик, полиэстер. Без латекса. Длина измерительной линии: 1,95 м. Вес тела пациента: от 250 г. Вес датчика: 73 г. Индивидуально упаковано. Одноразовый. Должен быть произведен и рекомендован производителем замена должна проводиться сертифицированным инженером от завода производителя/Обновление программного обеспечения (апгрейд) для бесперебойной работы аппарата ИВЛ Bellavista. Бесплатно	шт	59 000	20	1 180 000
2	Датчик кислородный для закрытой системы аппарата ИВЛ Bellavista	Датчик кислородный для закрытой системы аппарата искусственной вентиляции лёгких Bellavista Напряжение: 9 – 15,5 мВ; Рабочая температура: 5 – 40 °С; Температура хранения: -15 – 50 °С; Диапазон измерений: 0 – 100 % O2; Линейность: ± 1%. Габариты: длина – 41мм, диаметр – 27 мм, резьба M16. Разъем для подключения: 3 pin, Molex. Срок службы: 12 месяцев; Электрохимический, бесвинцовый датчик кислорода для вентиляторов Bellavista. Произведен и рекомендован производителем аппарата ИВЛ Bellavista, замена будет проводиться сертифицированным инженером от завода производителя	шт	370 000	2	740 000
3	Контур дыхательный с банковской одноразовый для взрослых/детей для закрытой системы аппарата ИВЛ Bellavista	Контур Дыхательный с банковской, одноразовый для взрослых/ детей для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции лёгких «Bellavista» Состав: 1. трубка, гофрированная с линией подогрева, портом измерения температуры (линия вдоха). Длина – 1500 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик, металл 2. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик. 3. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик. 4. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 450 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик. 5. коннектор угловой. Диаметр (вн./внеш) 15/22 мм - 22/- мм. Материал: PSU 6. коннектор. Диаметр (вн./внеш) 15 мм - 15/22 мм. Материал: PSU. 7. Y-коннектор. Диаметр (вн./внеш) 10 мм - 15/- мм. Материал: PSU. 8. влагосборник. Диаметр (вн./внеш) 22/- мм - 22/- мм. Материал: PSU. 9. коннектор. Диаметр (вн./внеш) 22 мм - 11/-13 мм. Материал: PSU. 10. Банка для увлажнителя- Максимальный объем: 440 мл. Индивидуально упаковано. Для разового применения.	шт	38 400	40	1536000

4	Сервисный набор для закрытой системы ИВЛ Vela	Сервисный набор предназначен для закрытой системы ИВЛ VELA и ежегодного обслуживания аппарата ИВЛ «VELA» Уплотнительное кольцо 03808 2 шт. Обратный клапан 03895 2 шт. Шайба 03897 2 шт. Уплотнительное кольцо на подче 05186 2 шт. Зонтичный клапан 11/4" 05528 1 шт. Фильтр кислорода 06804 2 шт. Фильтр пушителя. 10365 2 шт. Задний фильтр воздушный 20819 2 шт. Фильтр охлаждающего вентилятора (малый размер) 33801 1 шт. Фильтр охлаждающего вентилятора (большой размер) 34058 1 шт. Поршень клапана вдоха 21950 1 шт. Пружина 21971 1 шт. Уплотнительное кольцо 30020 2 шт. Уплотнительное кольцо клапана вдоха 31028 1 шт. Прокладка поршня 31029 1 шт. Батарея 3 В 66319 1 шт. Прокладка клапана вдоха 21013 1 шт. Сервисное обслуживание с заменой сервисного набора может проводиться только инженером, сертифицированным от завода-изготовителя аппарата ИВЛ «VELA». Замена сервисного набора должна проводиться сервис-инженером от завода производителя. Важно!!! Сервисное обслуживание проводится бесплатно. Замена и калибровка кислородного датчика- бесплатно, сертифицированным инженером от завода-производителя и имеющим документальное подтверждение. Обязательная гарантия на продукцию 12 месяцев. Верификационные тесты аппарата. Держатель для контуров- БЕСПЛАТНО	шт	364 000	1	364000
5	Датчик кислорода для закрытой системы ИВЛ Vela	Датчик кислорода для закрытой системы ИВЛ VELA и ежегодного обслуживания аппарата ИВЛ «VELA» Напряжение: 10 – 15,5 мВ; Рабочая температура: 5 – 40 °C; Температура хранения: -15 – 50 °C; Диапазон измерений: 0 – 100 % O₂; Линейность: ± 1%; Габариты: длина – 47мм, диаметр – 23 мм, резьба M16. Датчик кислорода должен быть произведен и рекомендован производителем аппаратов «VELA». Замена датчика кислорода должна проводиться сервис-инженером от завода производителя. Важно!!! Сервисное обслуживание проводится бесплатно. Замена и калибровка кислородного датчика- бесплатно, сертифицированным инженером от завода-производителя и имеющим документальное подтверждение. Обязательная гарантия на продукцию 12 месяцев. Верификационные тесты аппарата. Держатель для контуров- БЕСПЛАТНО	шт	373 000	1	373000
6	Датчик воздушного потока для закрытой системы ИВЛ Vela	Датчик воздушного потока для закрытой системы ИВЛ VELA и ежегодного обслуживания аппарата ИВЛ «VELA» Рабочая температура: 5 – 40 °C; Температура хранения: -15 – 50 °C; Габариты: длина – 74мм, диаметр внешний – 26/22 мм. Адаптер для подключения к системе: коннектор бип. Датчик воздушного потока должен быть произведен и рекомендован производителем аппаратов «VELA». Замена датчика воздушного потока должна проводиться сервис-инженером от завода производителя. Важно!!! Сервисное обслуживание проводится бесплатно. Замена и калибровка датчика воздушного потока - бесплатно, сертифицированным инженером от завода-производителя и имеющим документальное подтверждение. Обязательная гарантия на продукцию 12 месяцев. Верификационные тесты аппарата. Держатель для контуров- БЕСПЛАТНО	шт	339 000	1	339000
7	Аккумуляторная батарея для закрытой системы ИВЛ Vela	Аккумуляторная батарея для закрытой системы ИВЛ VELA и ежегодного обслуживания аппарата ИВЛ «VELA» Тип аккумулятора: Никелево-металлогидридный (Ni-MH) Напряжение: 12 В, ток переменный; Емкость: 4,5 А·ч Габариты: 90мм x 67 мм x 36 мм; Вес: 250 г. Компл. (в комп 4 шт) Аккумуляторная батарея должна быть произведена и рекомендована производителем аппаратов VELA. Замена аккумуляторной батареи должна проводиться сервис-инженером от завода производителя. Важно!!! Сервисное обслуживание проводится бесплатно. Замена и калибровка аккумуляторной батареи бесплатно, сертифицированным инженером от завода-производителя и имеющим документальное подтверждение. Обязательная гарантия на продукцию 12 месяцев. Верификационные тесты аппарата. Держатель для контуров- БЕСПЛАТНО	шт	897 000	1	897000

Контур дыхательный с банкой, одноразовый для взрослых/детей для закрытой системы ИВЛ Vela	Контур дыхательный с банкой, одноразовый для взрослых/ детей для закрытой системы – аппарата искусственной вентиляции лёгких «Bellavista»		
	Состав:		
	1. трубка, гофрированная с линией подогрева, портом измерения температуры (линия вдоха), Длина – 1500 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик, металл.		
	2. трубка гофрированная (линия вдоха), Длина – 600 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик.		
	3. трубка гофрированная (линия вдоха), Длина – 600 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик.		
	4. трубка гофрированная (линия вдоха), Длина – 450 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик.		
	5. коннектор угловой. Диаметр (вн./внеш) 15/22 мм - 22/- мм. Материал: PSU		
	6. коннектор. Диаметр (вн./внеш) –/15 мм - 15/22 мм. Материал: PSU.		
	7. Y-коннектор. Диаметр (вн./внеш) –/10 мм - 15/- мм. Материал: PSU.		
	8. влагосборник. Диаметр (вн./внеш) 22/- мм - 22/- мм. Материал: PSU.		
	9. коннектор. Диаметр (вн./внеш) –/22 мм –/11-13 мм. Материал: PSU.		
	10. Банка для увлажнителя. Максимальный объем: 440 мл.		
	Индивидуально упаковано. Для разового применения.		
	шт	38 400	20
			768000

