

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«ЖАНАҚОРҒАН АУДАНЫДЫҚ
КӨП БЕЙІНДІ ОРТАЛЫҚ
АУРУХАНАСЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚЫЗЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТтік
КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

Шығыс №03-7/1000
18» 06 2024 ж

Приглашение №12

КГП на ПХВ «Жанакорганская многопрофильная центральная районная больница» приглашает Вас принять участие в государственных закупках Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом закупа запроса ценовых предложений в соответствии с главой 3 постановления Правительства Республики Казахстан «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 07 июня 2023 года №110. Закупаемые товары приложение №1.

В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовых предложение глава 3 настоящих правил по адресу Кызылординская область, пос Жанакорган, ул Абдолла Алтый Сулеймен №1А 3 этаж, каб №328 до 10.00 часов 24.06.2024г.

Главный врач



Амитов.Т

Техническая спецификация

№ лота	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ)(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Комплектующий для Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру, модели CardiUP! 12, Meditech Ltd.			
	Цена	350 000тт			
Требования к комплектации		№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Дополнительные комплектующие			
		2	ЭКГ кабель	ЭКГ кабель с 7 или 10 отведениями	1 шт.
	Требования к условиям эксплуатации	Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °С Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °С Влажность 10 to 95 %			
	Условия осуществления поставки МТ	DDP пункт назначения			

	(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)				
	Срок поставки МТ и место дислокации	90 календарных дней			
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Адрес: Кызылординская область, Жанакорганский район, ул.А.Сулеймен 1А			
		Гарантийное сервисное обслуживание на расходные материалы не распространяется. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделия типа изделий			
2	Ушной зонд ОАЭ	260 520тг			
	Требования к комплектации	№	Наименование комплектующего к МТ	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
п/п		(в соответствии с государственным реестром МТ)			
Дополнительные комплектующие					
2	Ушной зонд ОАЭ	3 шт.			

Гл врач

Амитов Т.А

