

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ЖАНАКОРҒАН АУДАНЫДЫҚ
КӨП БЕЙНІДІ ОРТАЛЫҚ
1/1 ХАНАСЫ
ШАР. ШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ОММУНАЛДЫҚ КӨСІПОРНЫ

Шығыс № 03/11041
27.06 2024 ж.

Приглашение №14

КГП на ПХВ «Жанакорганская многопрофильная центральная районная больница» приглашает Вас принять участие в государственных закупках Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом закупа запроса ценовых предложений в соответствии с главой 3 постановления Правительства Республики Казахстан «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 07 июня 2023 года №110. Закупаемы товары приложение №1.

В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовых предложение глава 3 настоящих правил по адресу Кызылординская область, пос Жанакорган, ул Абдолла Алтый Сулеймен №1А 3 этаж, каб №328 до 10.00 часов 03.07.2024г.

Главный врач



Амитов.Т

Приложение №1

№ лота	Наименование	Описание	ед. изм.	цена за ед. в тг.	кол-во	сумма в тг.
1	Контур пациента для детей с генератором вариабельного потока	Дыхательный контур с генератором вариабельного потока для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных "Infant Flow SiRAP". Состав: 1. трубка гофрированная с нагревательной проволокой с двумя портами для датчиков температуры (линия вдоха). Длина – 1150 мм, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/26 мм, 10/12 мм. Материал: ПВХ 2. трубка гофрированная. Длина – 65 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 3. трубка гофрированная. Длина – 40 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 4. Линия измерения давления в дыхательных путях. Диаметр – 5 мм, длина 1850 мм. Материал: ПВХ, силикон. 5. дополнительный шланг. Диаметр 5 мм, длина 185 см. Материал: ПВХ, силикон. 6. дополнительный шланг. Диаметр 15 мм, длина 35 см. Материал: ПВХ 7. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 18/22 мм - 15/22 мм. Материал: ПВХ 8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 18/22 мм - 13/15 мм. Материал: ПВХ 9. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм - 12/10 мм. Материал: ПВХ 10. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм (с портом)- 12/10 мм. Материал: ПВХ 11. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 12/14 мм - 5/7 мм. Материал: ПВХ 12. генератор вариабельного потока с линией выдоха. Материал: ПВХ, силикон. 13. канюля назальная «LP». Размер S. Материал: силикон. 14. канюля назальная «LP». Размер M. Материал: силикон. 15. канюля назальная «LP». Размер L. Материал: силикон. Индивидуально упаковано. Стерильно. Время использования одного контура на одном пациенте не более 7 дней. Данный контур рекомендован заводом-производителем системы неинвазивной вентиляции легких "Infant Flow SiRAP". Также, применяется на аппарате ИВЛ "Bellavista 1000". Срок поставки в течение 15-и дней после подписания договора	шт	77 700	80	6 216 000

Банка одноразовая для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных "Infant Flow SiPAR" Банка одноразовая предназначенная для активного увлажнения и подогрева газовой смеси, подаваемой пациенту. Категория пациентов: новорожденные, дети. Наполнение водой: автоматическое. Материал: металл - алюминий, пластик. Максимальный объем: 180 мл. Максимальное рабочее давление: 165 см H₂O. Диаметр разъема: ISO 5356-1, - 22 мм (М). Пиковый поток: 70 л/мин. Диаметр основания: 123 мм. Индикация максимального уровня воды. Индивидуально упаковано. Стерильно. Одноразовая. Банка должна быть рекомендована производителем аппарата Infant Flow SiPAR	Срок поставки в течение 15-и дней после подписания договора Шапочка-фиксатор для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных "Infant Flow SiPAR" Предназначение: для использования только с дыхательным контуром и генератором потока. Материал: ткань. Размер: 1 (24-26 см) Шапочка-фиксатор должна быть совместима с дыхательным контуром и генератором потока, и должна быть рекомендована производителем аппарата "Infant Flow SiPAR". Индивидуально упаковано. Стерильно. Одноразовая Данные шапочки-фиксаторы рекомендованы заводом-производителем системы неинвазивной вентиляции легких "Infant Flow SiPAR". Также, применяется на аппарате ИВЛ "Bellavista 1000". Срок поставки в течение 15-и дней после подписания договора	шт	13 700	80	1 096 000
Шапочка-фиксатор для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных "Infant Flow SiPAR"/Bellavista		шт	15400	20	308 000

4	Шапочка-фиксатор для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных "Infant Flow SiPAR" Предназначение: для использования только с дыхательным контуром и генератором потока. Материал: ткань. Размер: 2 (26-32 см) Шапочка-фиксатор должна быть совместима с дыхательным контуром и генератором потока, и должна быть рекомендована производителем аппарата "Infant Flow SiPAR". Индивидуально упаковано. Стерильно. Одноразовая Данные шапочки-фиксаторы рекомендованы заводом-производителем системы неинвазивной вентиляции легких "Infant Flow SiPAR". Также, применяется на аппарате ИВЛ "Bellavista 1000". Срок поставки в течение 15-и дней после подписания договора	шт	15400	40	616 000
5	Шапочка-фиксатор для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных "Infant Flow SiPAR" Предназначение: для использования только с дыхательным контуром и генератором потока. Материал: ткань. Размер: 7 (32-37 см) Шапочка-фиксатор должна быть совместима с дыхательным контуром и генератором потока, и должна быть рекомендована производителем аппарата "Infant Flow SiPAR". Индивидуально упаковано. Стерильно. Одноразовая Данные шапочки-фиксаторы рекомендованы заводом-производителем системы неинвазивной вентиляции легких "Infant Flow SiPAR". Также, применяется на аппарате ИВЛ "Bellavista 1000". Срок поставки в течение 15-и дней после подписания договора	шт	15400	40	616 000
Итого: 8 852 000					



Главный врач *Т.Амитов* Т.Амитов