



Приглашение №2

КГП на ПХВ «Жанакорганская многопрофильная центральная районная больница» приглашает Вас принять участие в государственных закупках Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг способом закупа запроса ценовых предложении в соответствии с главой 3 постановления Правительства Республики Казахстан «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» от 07 июнь 2023 года №110.Закупаемы товары приложение №1.

В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовых предложение глава 3 настоящих правил по адресу Кызылординская область, пос Жанакорган, ул Абдолла Алтый Сулеймен №1А 3 этаж, каб №328 до 10.00 часов 02.02.2024г.

Главный врач



Амитов.Т

Приложение №1

№ лота	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Ушной зонд ОАЭ	шт	1	260520	260520
2	Электрод новорожденных в отделении интенсивной терапии	комп	15	54000	810000
3	Гель электродный	шт	4	9984	39936
4	Ткань для очистки	уп	10	6240	62400
5	Рулон бумаги для принтера	шт	12	5100	61200
	ИТОГО				1172856

Главный врач



Амитов.Т

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)	Расходные материалы для аудиологического оборудования для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) EasyScreen производства MAICO Diagnostics GmbH, производитель: Германия			
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)				
		№ п/п	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
3	Требования к комплектации	Основные комплектующие			
		1	Ушной зонд ОАЭ	Ушной зонд ОАЭ должен использоваться для диагностики ОАЭ. Однако он также может быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге АBR (КСВП). предназначен для детей в возрасте от 1 года и выше Поддерживаемые тесты- ТЕОАЕ, DPOAE и монауральная АBR (КСВП); Память -калибровочные значения и идентификатор датчика; Кончик зонда – заменяемый; Вес – 19г.	1 шт.
		2	Электрод новорожденных в отделении интенсивной	Одноразовые электроды Sanibel™ - это самоклеящиеся кожные электроды из серебра / хлорида серебра с гидрогелем высокой проводимости для мгновенного получения сигнала.	15 комплект

		терапии	Они идеально подходят для тестирования на детях благодаря небольшому размеру и нежному, но эффективному клею. Электроды выпускаются в упаковке по 60 штук (20 упаковок меньшего размера по 3 электрода). Пакеты гарантируют, что неиспользуемые электроды не высохнут, что может стать проблемой, если у вас большие упаковки и несколько пациентов в день. Размеры Тип защелки: Тип отвода: (макс. ДхШ) (макс. ДхШ) 1,2x0,9 дюйма/3x2,2 см 1,2x0,9 дюйма/3x2,2 см		
	3	Гель электродный	Электродный гель для измерения скрининга .	4 шт	
	4	Ткань для очистки	Марлевые тампоны, Стерильный, 7,5 x7.5 см, 8-ми слойный, в коробке 100 шт	10 уп	
	5	Рулон бумаги для принтера	Бумага для принтера этикеток (в 1 рулоне 120 этикеток) Размеры: ширина: не более 56 мм x длина: не более 60 мм	12шт	
4	При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дБ. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дБ. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дБ), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами. Требования к условиям эксплуатации				

5	Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP:
6	Срок поставки МТ и место дислокации	90 календарных дней
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание на расходные материалы не распространяется. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Главный врач

АМИТОВ Т.А