



Приглашение №6

КГП на ПХВ «Жанакорганская межрайонная больница» приглашает Вас принять участие в государственных закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования способом порядок осуществления закупа способом запроса ценовых предложений в соответствии с главой 10 постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования от 30 октября 2009 года №1729. Закупаемые товары приложение №1.

В случае согласия Вам необходимо предоставить ценовых предложение глава 10 настоящих правил по адресу Кызылординская область, пос Жанакорган, ул Абдолла Алтый Сулеймен №1А 3 этаж, каб №328 до 10.00 часов 07.04.2021г.

Главный врач



Шорабаев Я.К

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ TCO) (в соответствии с государственным реестром МИ TCO с указанием модели, наименования производителя, страны)	12 канальный электрокардиограф			
2	Наименование МИ TCO, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)	12 канальный электрокардиограф			
		№ п/п	Наименование комплектующего к МИ TCO (в соответствии с государственным реестром МИ TCO)	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ TCO	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
3	Требования к комплектации	1	Блок аппарата базовый	Экран Цветной TFT ЖК-дисплей, 7 дюймов, 800х480 пиксель Одновременный просмотр 12 каналов Дисплей Частота сердечбиений, ID, дата, состояние питания или батареи, чувствительность, скорость, количество сохраненных данных, режим печати, ведущий ритм Пользовательский интерфейс Сенсорный экран (буквенная и цифровая клавиатура или отдельная цифровая клавиатура), кнопки и вращающийся переключатель Информация о пациенте ID, имя, возраст, пол, рост, вес, раса, курение Основные измерения Частота сердечбиений, PR,	1 шт.

			QRS, QT/QTc, ось P-R-T Записывающее устройство Термоголовка, рулонная бумага, бумага для отчетов: ширина А4:210 мм или 8.5", длина А4:300 мм или 11" разрешение: вертикальная ориентация: 8 точек/мм, горизонтальная – 16 точек/мм Размеры 296(Ш) x 305,5(В) x 92,5(Г) мм, вес приблизительно 3,5 кг Записываемые каналы 3, 6, 12 каналов при 10-ти секундной записи и отчете по сердцебиению/ 1 канал при 60-ти секундной и 5-ти минутной записи Чувствительность 2,5, 5, 10, 20, автоматическая (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ Скорость печати 12,5, 25, 50 мм/сек Фильтры Шум сети (50/60 Гц, -20 дБ и выше) / Шум мыщ (25~35Гц, -3 дБ и выше). Дрифт изоэлектрической линии (0,1Гц, -3 дБ и выше) / Фильтр низких частот: отключен, 40Гц, 100Гц, 150Гц Электрические характеристики разрешение: 500 запросов/сек. Внутренний шум: 20 мкВ (макс) Входное полное сопротивление: $\geq 10\text{ M}\Omega$ Диапазон входного сигнала: $\geq \pm 5\text{ мВ}$ Подавление синфазных сигналов: $> 100\text{ дБ}$ компенсирующее напряжение смещения постоянного тока: $\geq \pm 300\text{ мВ}$ Временная константа: 3,2 сек Ток утечки на пациента: $< 10\text{ мкА}$ Частотная характеристика: 0,05 ~ 150 Гц Изолировано и защищено от дефибрилляции Контроль качества сигнала Обнаружение отсоединившегося отведения, обнаружение сигнала электрокардиостимулятора
--	--	--	--

		Хранение данных ЭКГ Хранение до 120 ЭКГ (на внутренней флэш-памяти) Питание Питание: источник переменного тока или встроенная батарея 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс Батарея (Ni-MH) 1 час нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ) Подключение Подключение к компьютеру через порт RS232 или LAN Класс безопасности Класс I , тип BF Сумка для транспортировки Габариты Д/Ш/В 39/39/16 см. Отсек для кабеля пациента Отсек для грудных электродов Отсек для бумаги Отсек для электродов конечностей. Отсек для геля Отсек для кабеля питания Два металлических ушка для крепления ремня. Противоударный каркас. Ткань полиэстер	
<i>Дополнительные комплектующие</i>			
2	Кабель питания	Кабель для передачи электроэнергии аппарату	1 шт.
3	Кабель пациента	Кабель для передачи сигналов с электродов аппарату	1 шт.
4	Электроды конечностей	Электроды конечностей (многоцветные) для регистрации показаний	4 шт.
5	Грудные электроды	Грудные электроды (многоцветные) для регистрации показаний	6 шт.
6	Батарея Li-Ion	Тип батареи: Литий - ионная	1 шт.
6	Бумага для регистрации данных	Специализированная, высокочувствительная бумага для регистрации данных ЭКГ	1 шт.
7	Гель для ЭКГ	Специализированный гель для улучшения электрического контакта между кожей и электродами	1 шт.

4	Требования к условиям эксплуатации	Технические характеристики монитора Рекомендуемая влажность: 30~85% / Рекомендуемая температура: 10 ~ 40°C / Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа
5	Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	DDP пункт назначения
6	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации	45 рабочих дней Адрес: Кызылординская область, Жанакорганский район ул. Б. Майлина №61
7	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
	ИТОГО	1 500 000-00 тг